

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

**CÓDIGO
FOR_006**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**



**VERSIÓN
05**

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	17/05/2019
DIRECCIÓN	Calle 7 37 - 19	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	17/05/2019
TELÉFONO	2014024	FECHA DE LECTURA	24/05/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	Nº DE SOLICITUD	1856
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0325-Libro-II-2019
MÉTODO	POE_003		

Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	Coliformes Totales	CONCEPTO
AG19-1538	PROCESO	2 Nº LOTE: 1905155	400 ML	<1 UFC/mL	1 UFC/mL	N/A	INFORMATIVO
AG19-1539	PROCESO	4 AS Nº LOTE: 1905155	400 ML	351 UFC/mL	2 UFC/mL	N/A	INFORMATIVO
AG19-1540	PROCESO	4 DS Nº LOTE: 1905155	400 ML	97 UFC/mL	<1 UFC/mL	N/A	INFORMATIVO
AG19-1541	PROCESO	5 A Nº LOTE: 1905155	400 ML	88 UFC/mL	1 UFC/mL	N/A	INFORMATIVO
AG19-1542	PURIFICADA	SOLIDOS 1 Nº LOTE: 1905155	400 ML	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	0 UFC/100 mL	CUMPLE
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	<= 100 UFC/100 mL		0 UFC/100 mL
				PROCESO	N/A		N/A
				PURIFICADA	<= 100 UFC/mL		0 UFC/100 mL
				NORMA	POTABLE	RSL 2115 / 2007	
		PURIFICADA	USP Vigente				

OBSERVACIONES	Nº LOTE 1905155	Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos/ Promoción (UFC / 0.1 mL)	Control Negativo - Blanco
		<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 018-19	59	Ausencia de Crecimiento
		<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		70	Ausencia de Crecimiento
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		88	Ausencia de Crecimiento
		<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404		74	Ausencia de Crecimiento
		<i>Candida albicans</i> ATCC 9027		63	Ausencia de Crecimiento
		<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404		75	Ausencia de Crecimiento
		<i>Candida albicans</i> ATCC 9027	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 018-19	68	Ausencia de Crecimiento
		<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 018-19	59	Ausencia de Crecimiento

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:  ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	Revisado por:  COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	Aprobado por:  DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ	 
--	---	--	---