

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

CÓDIGO
FOR_006

FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019

VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022

VERSIÓN
05


NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS RIOSOL LTDA.	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	27/05/2019
DIRECCIÓN	CI 63 No. 28-80	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	27/05/2019
TELÉFONO	3473076	FECHA DE LECTURA	04/06/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	Nº DE SOLICITUD	1960
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0337-Libro-II-2019
MÉTODO	POE_003		

Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	Coliformes Totales	Escherichia coli	CONCEPTO
AG19-1568	POTABLE	PUNTO 1	400 mL	<1 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	Ausente	Ausente	INFORMATIVO
AG19-1569	PROCESO	PUNTO 2	400 mL	<1 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
AG19-1570	PROCESO	PUNTO 3	400 mL	<1 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
AG19-1571	PURIFICADA	PUNTO 4	400 mL	<1 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
AG19-1572	PURIFICADA	PUNTO 5	400 mL	<1 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	Ausente	Ausente	CUMPLE

ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	INFORMATIVO		INFORMATIVO		INFORMATIVO	
		PROCESO	N/A		N/A		N/A	
		PURIFICADA	<=100UFC/100 mL		<=10UFC/100 mL		Ausente	
		OTRO	N/A		N/A		N/A	
	NORMA	POTABLE	Laboratorios Riosol					
		PURIFICADA	Laboratorios Riosol					

OBSERVACIONES	Ninguna						
Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco		
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 020-19		Cumple		Ausencia de Crecimiento		
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
<i>Candida albicans</i> ATCC 9027			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 020-19		Cumple		Ausencia de Crecimiento		
<i>Candida albicans</i> ATCC 9027			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 020-19		Cumple		Ausencia de Crecimiento		

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ

