

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	FARPAG LABORATORIOS S.A.S			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	19/06/2019
DIRECCIÓN	Cra 67 10 - 55			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	19/06/2019
TELÉFONO	4144705			FECHA DE LECTURA	26/06/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes			Nº DE SOLICITUD	2258
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0343-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM19-1260 -1	CENTRAL DE PESADO	1	K-CIT GEL L: 05-FKCG-19	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	12 UFC/por 4 horas	2 UFC/por 4 horas	3 UFC/por 4 horas	REGULAR
AM19-1261 -1	CENTRAL DE PESADO	2	K-CIT GEL L: 05-FKCG-19	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	9 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1262 -1	FABRICACIÓN DE MEDICO QUIRÚRGICOS	3	ÁREA VACÍA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	4 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1263 -1	FABRICACIÓN DE MEDICO QUIRÚRGICOS	4	ÁREA VACÍA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1264 -1	ENVASE DE CREMAS	5	GARHOCAINA MELOCOTON L:12-FGM-19	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO




Límite	Ambientes	Sedimentación en Placa	Observacion 1 : Puntos del 1 al 12 Observacion 2 : Puntos del 13 al 18
		Impacto en Placa	N/A

OBSERVACIONES	OBSERVACION N°1 BUENO < 10 UFC/Caja, REGULAR 10 - 20 UFC/Caja MALO > 20 UFC/Caja OBSERVACION N°2 BUENO < 100 UFC/Caja REGULAR 100 - 200 UFC/Caja MALO > 200 UFC/Caja
----------------------	---

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Sabouraud Dextrosa SDA/Lote 023-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 023-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	FARPAG LABORATORIOS S.A.S			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	19/06/2019
DIRECCIÓN	Cra 67 10 - 55			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	19/06/2019
TELÉFONO	4144705			FECHA DE LECTURA	26/06/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes			Nº DE SOLICITUD	2258
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0343-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM19-1265 -1	ENVASE DE CREMAS	6	GARHOCAINA MELOCOTON L:12-FGM-19	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1266 -1	ENVASE DE LIQUIDOS	7	CLORHEXOL ENJ L: 20-FCE-19	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	8 UFC/por 4 horas	12 UFC/por 4 horas	3 UFC/por 4 horas	MALO
AM19-1267 -1	ENVASE DE LIQUIDOS	8	CLORHEXOL ENJ L: 20-FCE-19	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	12 UFC/por 4 horas	9 UFC/por 4 horas	7 UFC/por 4 horas	MALO
AM19-1268 -1	FABRICACION DE LIQUIDOS	9	CLORHEXOL ENJ L: 20-FCE-19	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	5 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1269 -1	FABRICACIÓN DE LIQUIDOS	10	CLORHEXOL ENJ L: 20-FCE-19	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	2 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO




Límite	Ambientes	Sedimentación en Placa	Observacion 1 : Puntos del 1 al 12 Observacion 2 : Puntos del 13 al 18
		Impacto en Placa	N/A

OBSERVACIONES	OBSERVACION N°1 BUENO < 10 UFC/Caja, REGULAR 10 - 20 UFC/Caja MALO > 20 UFC/Caja OBSERVACION N°2 BUENO < 100 UFC/Caja REGULAR 100 - 200 UFC/Caja MALO > 200 UFC/Caja
----------------------	---

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Sabouraud Dextrosa SDA/Lote 023-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 023-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	FARPAG LABORATORIOS S.A.S			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	19/06/2019
DIRECCIÓN	Cra 67 10 - 55			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	19/06/2019
TELÉFONO	4144705			FECHA DE LECTURA	26/06/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes			Nº DE SOLICITUD	2258
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0343-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM19-1270 -1	FABRICACION DE CREMAS	11	AREA EN ASEO	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1271 -1	FABRICACION DE CREMAS	12	AREA EN ASEO	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	1 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1272 -1	BODEGA DE TRANSITO	13	AREA VACIA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	24 UFC/por 4 horas	3 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1273 -1	HALL DE PRODUCCION	14	AREA VACIA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	29 UFC/por 4 horas	2 UFC/por 4 horas	<1 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1274 -1	ESCLUSA DE MATERIALES	15	AREA VACIA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	9 UFC/por 4 horas	4 UFC/por 4 horas	7 UFC/por 4 horas	BUENO




Límite	Ambientes	Sedimentación en Placa	Observacion 1 : Puntos del 1 al 12 Observacion 2 : Puntos del 13 al 18
		Impacto en Placa	N/A

OBSERVACIONES	OBSERVACION N°1 BUENO < 10 UFC/Caja, REGULAR 10 - 20 UFC/Caja MALO > 20 UFC/Caja OBSERVACION N°2 BUENO < 100 UFC/Caja REGULAR 100 - 200 UFC/Caja MALO > 200 UFC/Caja
----------------------	---

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 023-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 023-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
				
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ		

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	FARPAG LABORATORIOS S.A.S			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	19/06/2019
DIRECCIÓN	Cra 67 10 - 55			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	19/06/2019
TELÉFONO	4144705			FECHA DE LECTURA	26/06/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes			Nº DE SOLICITUD	2258
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0343-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM19-1275 -1	VESTIER CABALLEROS	16	AREA VACIA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	144 UFC/por 4 horas	8 UFC/por 4 horas	48 UFC/por 4 horas	REGULAR
AM19-1276 -1	VESTIER DAMAS	17	AREA VACIA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	62 UFC/por 4 horas	5 UFC/por 4 horas	9 UFC/por 4 horas	BUENO
AM19-1277 -1	ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTO	18	AREA EN USO	Farpag Laboratorios	Placa de Contacto	48 UFC/Placa de Contacto	4 UFC/Placa de Contacto	11 UFC/Placa de Contacto	BUENO


Límite	Ambientes	Sedimentación en Placa	Observacion 1 : Puntos del 1 al 12 Observacion 2 : Puntos del 13 al 18
		Impacto en Placa	N/A

OBSERVACIONES	OBSERVACION N°1 BUENO < 10 UFC/Caja, REGULAR 10 - 20 UFC/Caja MALO > 20 UFC/Caja OBSERVACION N°2 BUENO < 100 UFC/Caja REGULAR 100 - 200 UFC/Caja MALO > 200 UFC/Caja
----------------------	---

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 023-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 023-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ

