

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	FARPAG LABORATORIOS S.A.S			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	28/08/2019
DIRECCIÓN	Cra 67 10 - 55			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	28/08/2019
TELÉFONO	4144705			FECHA DE LECTURA	02/09/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes			Nº DE SOLICITUD	3262
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0433-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM19-1925	BODEGA DE TRANSITO	13	AREA VACIA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	12 UFC/4 Horas	1 UFC/4 Horas	3 UFC/4 Horas	CUMPLE
AM19-1926	HALL DE PRODUCCIÓN	14	AREA VACIA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	58 UFC/4 Horas	1 UFC/4 Horas	12 UFC/4 Horas	CUMPLE
AM19-1927	ESCLUSA DE MATERIALES	15	ÁREA VACÍA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	11 UFC/4 Horas	6 UFC/4 Horas	9 UFC/4 Horas	CUMPLE
AM19-1928	VESTIER CABALLEROS	16	ÁREA VACÍA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	64 UFC/4 Horas	1 UFC/4 Horas	17 UFC/4 Horas	CUMPLE
AM19-1929	VESTIER DAMAS	17	AREA VACIA	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentacion	42 UFC/4 Horas	2 UFC/4 Horas	16 UFC/4 Horas	CUMPLE


Límite	Ambientes	Sedimentación en Placa	BUENO < 100 UFC/Caja; REGULAR 100 - 200 UFC/Caja, MALO > 200 UFC/Caja
		Impacto en Placa	N/A

OBSERVACIONES	OBSERVACIÓN N°2			
	BUENO	< 100 UFC/Caja	REGULAR	100 - 200 UFC/Caja MALO > 200 UFC/Caja

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 033-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 033-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ






CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO
FOR_007

FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019

VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022

VERSIÓN
07

NOMBRE DE CLIENTE		FARPAG LABORATORIOS S.A.S				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		28/08/2019	
DIRECCIÓN		Cra 67 10 - 55				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		28/08/2019	
TELÉFONO		4144705				FECHA DE LECTURA		02/09/2019	
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes				Nº DE SOLICITUD		3262	
MÉTODO		POE_004		EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	
Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM19-1930	ACONDICIONAMIENT O	18	AREA EN USO	Farpag Laboratorios	Placas de Sedimentación	18 UFC/4 Horas	8 UFC/4 Horas	2 UFC/4 Horas	CUMPLE
Límite		Ambientes		Sedimentación en Placa		BUENO < 100 UFC/Caja; REGULAR 100 - 200 UFC/Caja, MALO > 200 UFC/Caja			
				Impacto en Placa		N/A			
OBSERVACIONES		OBSERVACIÓN N°2							
		BUENO < 100 UFC/Caja REGULAR 100 - 200 UFC/Caja MALO > 200 UFC/Caja							
Microorganismo ATCC			Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 033-19			Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Bacillus subtilis ATCC 6633						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Candida albicans ATCC 10231			Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 033-19			Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas									
Documento relacionado POE_001-AMJ									
Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:			
									
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO			COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE			DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ			