



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE		LABORATORIO VITAMAC SAS				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	07/11/2019					
DIRECCIÓN		CARRERA 89 D 37 SUR 18				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	07/11/2019					
TELÉFONO		4671592				FECHA DE LECTURA	14/11/2019					
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes				Nº DE SOLICITUD	4348					
MÉTODO		POE_004		EQUIPO	EQU-51	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0532-Libro-III-2019					
Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO			
AM19-2625	ALIMENTOS	Preparación líquidos	NA	Informe 45 OMS	Impacto en Placa	42 UFC/m ³	13 UFC/m ³	1 UFC/m ³	CUMPLE			
Límite		Ambientes		Sedimentación en Placa		N/A						
		Impacto en Placa		<=200 UFC/m ³		N/A						
		N/A		N/A		N/A						
OBSERVACIONES	N/A											
Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)			Control Negativo - Blanco					
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Agar Sabouraud Dextrosa SDA/Lote 043-19			Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Candida albicans ATCC 10231				Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Bacillus subtilis ATCC 6633				Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Staphylococcus aureus ATCC 6538				Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 043-19			Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Candida albicans ATCC 10231				Cumple		Ausencia de Crecimiento						

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:

L. Canedo

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

Revisado por:

M. Montealegre

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

Aprobado por:

A. Cruz

DIRECCIÓN TÉCNICA
ADRIANA CRUZ

