

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO
FOR_007

FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019

VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022

VERSIÓN
07




NOMBRE DE CLIENTE	QOPPA PHARMA S.A.S.			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	28/06/2019
DIRECCIÓN	Cra 70B 24 Sur - 79			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	28/06/2019
TELÉFONO	3138282856			FECHA DE LECTURA	05/07/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Equipos			Nº DE SOLICITUD	2434
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0185-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	EQUIPO	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
EQ19-0390	EXTERNO	TANQUE DE 800 L.	PARED INTERNA	Informe 45 OMS	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	0 UFC/25 cm ²	CUMPLE
EQ19-0391	EXTERNO	TANQUE DE 800 L.	BOQUILLA	Informe 45 OMS	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	0 UFC/25 cm ²	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		<=50 UFC/25 cm ²	<=20 UFC/25 cm ²		0 UFC/25 cm ²	
				Placas de Contacto		N/A	N/A		N/A	

OBSERVACIONES	Ninguna									
Microorganismo ATCC		Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco				
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 024-19		Cumple		Ausencia de Crecimiento				
Candida albicans ATCC 10231				Cumple		Ausencia de Crecimiento				
Bacillus subtilis ATCC 6633		Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 024-19		Cumple		Ausencia de Crecimiento				
Staphylococcus aureus ATCC 6538				Cumple		Ausencia de Crecimiento				
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027				Cumple		Ausencia de Crecimiento				
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Cumple		Ausencia de Crecimiento				
Candida albicans ATCC 10231				Cumple		Ausencia de Crecimiento				
Escherichia coli ATCC 8739		Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 024-19		Cumple		Ausencia de Crecimiento				

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
				
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ		

