

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**




NOMBRE DE CLIENTE	NOVOA ALARCON FARMACEUTICOS LTDA			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	03/07/2019
DIRECCIÓN	Cra 1 69F - 08			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	04/07/2019
TELÉFONO	2618830-2618952			FECHA DE LECTURA	11/07/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Equipos			Nº DE SOLICITUD	2491
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0191-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	EQUIPO	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
EQ19-0409	Dispensacion	Balanza Cap 4100 g	Plato dela balanza	Novalfarm	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	0 UFC/25 cm ²	0 UFC/25 cm ²	CUMPLE
EQ19-0410	Dispensacion	Balanza Cap 60 Kg	Plato dela balanza	Novalfarm	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	0 UFC/25 cm ²	0 UFC/25 cm ²	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		<=50 UFC/25 cm ²		0 UFC/25 cm ²		0 UFC/25 cm ²	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	

OBSERVACIONES	Ninguna										
Microorganismo ATCC			Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)			Control Negativo - Blanco		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 025-19			Cumple			Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231						Cumple			Ausencia de Crecimiento		
Bacillus subtilis ATCC 6633						Cumple			Ausencia de Crecimiento		
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple			Ausencia de Crecimiento		
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027			Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 025-19			Cumple			Ausencia de Crecimiento		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404						Cumple			Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231						Cumple			Ausencia de Crecimiento		
Escherichia coli ATCC 8739			Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 025-19			Cumple			Ausencia de Crecimiento		

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
				
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ		

