




		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS									
		CÓDIGO FOR_007		FECHA DE EMISIÓN Mayo 13 del 2019			VIGENCIA HASTA Mayo del 2022			VERSIÓN 07	
NOMBRE DE CLIENTE		NOVOA ALARCON FARMACEUTICOS LTDA					FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		09/08/2019		
DIRECCIÓN		Cra 1 69F - 08					FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		09/08/2019		
TELÉFONO		2618830-2618952					FECHA DE LECTURA		16/08/2019		
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Equipos					Nº DE SOLICITUD		3027		
MÉTODO		POE_004			EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO		0223-Libro-II-2019
Nº MUESTRA	ÁREA	EQUIPO	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
EQ19-0528	NA	Tanque Acero inoxidable x1700L(líquidos 5)	Boquilla salida del producto	NOVALFARM	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	Ausente	Ausente	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		<=50 UFC/25 cm ²			Ausente		
				Placas de Contacto		N/A			N/A		
OBSERVACIONES		Ninguna									
Microorganismo ATCC				Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 030-19			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231							Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Bacillus subtilis ATCC 6633				Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 030-19			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Staphylococcus aureus ATCC 6538							Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027							Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 030-19			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231							Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Escherichia coli ATCC 8739							Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas											
Documento relacionado POE_001-AMJ											
Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:					
											
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES			COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO			DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ					
											