



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	10/05/2019
DIRECCIÓN	Calle 7 37 - 19			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	10/05/2019
TELÉFONO	2014024			FECHA DE LECTURA	17/05/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal			N° DE SOLICITUD	1758
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0155-Libro-II-2019

N° MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
PN19-0318	solidos 2	Nubia Sierra	guantes operario	USP 32 ISO 7	Metodo de Hisopado	1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	CUMPLE
PN19-0319	solidos 2	Asmed Vanegas	uniforme operario pecho	USP 32 ISO 7	Metodo de Hisopado	31 UFC/25 cm ²	<1 UFC/25 cm ²	10 UFC/25 cm ²	NO CUMPLE

		Personal Manos	Método de Hisopado	
			Placas de Contacto	N/A
		Personal Guantes	Método de Hisopado	<=20 UFC/25 cm ²
			Placas de Contacto	N/A
		Personal Uniformes	Método de Hisopado	<=20 UFC/25 cm ²
			Placas de Contacto	N/A

OBSERVACIONES	Ninguna
----------------------	---------

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos/ Promoción (UFC / 0.1 mL)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 017-19	70	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 9027		72	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		58	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 017-19	70	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		79	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404		63	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 9027		64	Ausencia de Crecimiento

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por: A. Cortes ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	Revisado por: L. Canedo COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	Aprobado por: A. Cruz DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ	 
---	---	--	---