CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA HASTA	VERSIÓN
FOR_007	Mayo 13 del 2019	Mayo del 2022	07

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA	**FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA**	28/06/2019
DIRECCIÓN	Calle 7 37 - 19	**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA**	28/06/2019
TELÉFONO	2014024	**FECHA DE LECTURA**	05/07/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal	**Nº DE SOLICITUD**	2427
MÉTODO	POE_004 **EQUIPO** N/A	**Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO**	0196-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
PN19-0460	solidos 4	jorge mosquera	guantes operario	Informe 32 ISO 7	Metodo de Hisopado	1 UFC/25cm^2	<1 UFC/25cm^2	<1 UFC/25cm^2	CUMPLE
PN19-0461	solidos 4	nancy orozco	uniforme operario puños	Informe 32 ISO 7	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25cm^2	<1 UFC/25cm^2	<1 UFC/25cm^2	CUMPLE

Límite	**Personal Manos**	**Método de Hisopado**	N/A
		Placas de Contacto	N/A
	Personal Guantes	**Método de Hisopado**	<=20 UFC/25 cm^2
		Placas de Contacto	N/A
	Personal Uniformes	**Método de Hisopado**	<=20 UFC/25 cm^2
		Placas de Contacto	N/A

OBSERVACIONES Ninguna

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 024-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Bacillus subtilis ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 024-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Staphylococcus aureus ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
A. Cortes	L. Canedo	A. Cruz
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ