

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS IBEROPHARMA SAS	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	08/08/2019
DIRECCIÓN	Carrera 81 A 71 B 05	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	08/08/2019
TELÉFONO	5451359	FECHA DE LECTURA	13/08/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal	Nº DE SOLICITUD	2984
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A
		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0226-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Coliformes Totales	CONCEPTO
PN19-0587	Personal Manipulador	Teresa Alvarado	Manos	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	<1 UFC/Mano	0 UFC/Mano	CUMPLE
PN19-0588	Personal Manipulador	Angelica Toro	Manos	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	17 UFC/Mano	0 UFC/Mano	CUMPLE
Limite	Personal Manos	Método de Hisopado				N/A	N/A	
		Placas de Contacto				<=70 UFC/Manos	0 UFC/Mano	
	Personal Guantes	Método de Hisopado				N/A	N/A	
		Placas de Contacto				N/A	N/A	
	Personal Uniformes	Método de Hisopado				N/A	N/A	
		Placas de Contacto				N/A	N/A	

OBSERVACIONES Ninguna

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 030-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 030-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

A. Cortes

L. Canedo

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
ALEJANDRA CORTES

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

DIRECCIÓN TÉCNICA
ADRIANA CRUZ

