

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	GDI PHARMA CENTRO SAS	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	19/11/2019
DIRECCIÓN	Calle 163 # 21 - 15	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	19/11/2019
TELÉFONO	3592437	FECHA DE LECTURA	26/11/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal	Nº DE SOLICITUD	4514
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A
		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0812-Libro-III-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
PN19-0932	Planta piso 1 -liquidos	Gabriel Moreno	Manos	GDI Pharma	Placa de Contacto	18 UFC/Mano	<1 UFC/Mano	<1 UFC/Mano	Ausente	CUMPLE
PN19-0933	Planta piso 1 -liquidos	Clemencia Cortes	Guantes	GDI Pharma	Placa de Contacto	1 UFC/Guante	<1 UFC/Guante	<1 UFC/Guante	Ausente	CUMPLE
PN19-0934	Planta piso 1 -liquidos	Rosalba Orellanos	Guantes	GDI Pharma	Placa de Contacto	1 UFC/Guante	<1 UFC/Guante	<1 UUFC/Guante	Ausente	CUMPLE
PN19-0935	Planta piso 1 -liquidos	Sergio castillo	Guantes	GDI Pharma	Placa de Contacto	<1 UFC/Guante	<1 UFC/Guante	<1 UFC/Guante	Ausente	CUMPLE
PN19-0936	Planta piso 1 -liquidos	Milena Abella	Guantes	GDI Pharma	Placa de Contacto	4 UFC/Guante	<1 UFC/Guante	<1 UFC/Guante	Ausente	CUMPLE

Límite	Personal Manos	Método de Hisopado	N/A	N/A
		Placas de Contacto	<=20 UFC/Manos	<=15 UFC/Manos
Límite	Personal Guantes	Método de Hisopado	N/A	N/A
		Placas de Contacto	<=20 UFC/Guante	<=15 UFC/Guante
Límite	Personal Uniformes	Método de Hisopado	N/A	N/A
		Placas de Contacto	N/A	N/A
Límite	Otro	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	N/A
----------------------	-----

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 045-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 045-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 045-19	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	 
			
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ	