

# CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO  
FOR\_007**

**FECHA DE EMISIÓN  
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA  
Mayo del 2022**

**VERSIÓN  
07**

|                          |                                                     |               |     |                                         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>NOMBRE DE CLIENTE</b> | SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.                 |               |     | <b>FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA</b>   | 10/12/2019          |
| <b>DIRECCIÓN</b>         | Cra 62 17B - 14                                     |               |     | <b>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b> | 10/12/2019          |
| <b>TELÉFONO</b>          | 7429296 EXT 131                                     |               |     | <b>FECHA DE LECTURA</b>                 | 17/12/2019          |
| <b>TIPO DE ANÁLISIS</b>  | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal |               |     | <b>Nº DE SOLICITUD</b>                  | 4883                |
| <b>MÉTODO</b>            | POE_004                                             | <b>EQUIPO</b> | N/A | <b>Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO</b>  | 0831-Libro-III-2019 |

| Nº MUESTRA | ÁREA | NOMBRE          | PUNTO | NORMA                 | TÉCNICA              | Mesófilos Aeróbios | Hongos Filamentosos | Levaduras    | Coliformes Totales | CONCEPTO |
|------------|------|-----------------|-------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|
| PN19-1024  | NA   | Snet Palacios   | Manos | Interna<br>MICROPHARM | Placa de<br>Contacto | 8 UFC/Manos        | <1 UFC/Manos        | <1 UFC/Manos | 0 UFC/Mano         | CUMPLE   |
| PN19-1025  | NA   | María Rodriguez | Manos | Interna<br>MICROPHARM | Placa de<br>Contacto | 17 UFC/Manos       | <1 UFC/Manos        | <1 UFC/Manos | 0 UFC/Mano         | CUMPLE   |

|        |                    |                    |                |            |
|--------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| Limite | Personal Manos     | Método de Hisopado | N/A            | N/A        |
|        |                    | Placas de Contacto | <=70 UFC/Manos | 0 UFC/Mano |
|        | Personal Guantes   | Método de Hisopado | N/A            | N/A        |
|        |                    | Placas de Contacto | N/A            | N/A        |
|        | Personal Uniformes | Método de Hisopado | N/A            | N/A        |
|        |                    | Placas de Contacto | N/A            | N/A        |
|        | Otro               | N/A                | N/A            | N/A        |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>OBSERVACIONES</b> | N/A |
|----------------------|-----|

| Microorganismo ATCC                        | Medio de cultivo / Lote                         | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 047-19        | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633         | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 047-19 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538     |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027    |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739          | Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 047-19 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE\_001-AMJ

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b>                                                              | <b>Revisado por:</b>                                                                | <b>Aprobado por:</b>                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|  |  |  |                                                                                                                                                                             |
| ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA<br>LAURA CANEDO                                          | COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA<br>CAMILA MONTEALEGRE                                  | DIRECCIÓN TÉCNICA<br>ADRIANA CRUZ                                                     |   |