

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS ZOO S.A.S	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	20/05/2019
DIRECCIÓN	Calle 30 C 3A - 36	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	20/05/2019
TELÉFONO	2856178 / 5665397	FECHA DE LECTURA	27/05/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Superficies	N° DE SOLICITUD	1865
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A
		N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0154-Libro-II-2019

N° MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
SP19-0198	ÁREA PESAJE	REJILLA TECHO (P1)	N/A	Informe 45 OMS	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	0 UFC/25cm ²	CUMPLE
SP19-0199	AREA PESAJE	BALANZA (P2)	N/A	Informe 45 OMS	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	2 UFC/25cm ²	0 UFC/25cm ²	CUMPLE
SP19-0200	AREA PESAJE	MESON (P3)	N/A	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	12 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	8 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
SP19-0201	AREA PESAJE	CUCHARA ACERO INOX(P5)	N/A	Informe 45 OMS	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	0 UFC/25cm ²	CUMPLE
SP19-0202	ÁREA PESAJE	REJILLA EXTRACCIÓN (P6)	N/A	Informe 45 OMS	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	0 UFC/25cm ²	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		<=50 UFC/25 cm ²	Hongos Filamentosos		<=20 UFC/25 cm ²	0 UFC/25 cm ²
				Placas de Contacto		<=50 UFC/Placa de Contacto			<=20 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto

OBSERVACIONES Ninguna

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos/ Promoción (UFC / 0.1 mL)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 019-19	70	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 9027		62	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		60	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		72	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		79	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 019-19	67	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 9027		58	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739		50	Ausencia de Crecimiento

Documento relacionado POE_001-AM

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

A. Cortes

L. Canedo

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
ALEJANDRA CORTES

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

DIRECCIÓN TÉCNICA
ADRIANA CRUZ



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**



**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS ZOO S.A.S	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	20/05/2019
DIRECCIÓN	Calle 30 C 3A - 36	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	20/05/2019
TELÉFONO	2856178 / 5665397	FECHA DE LECTURA	27/05/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Superficies	Nº DE SOLICITUD	1865
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A
		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0154-Libro-II-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
SP19-0203	DISPENSACIÓN ESCLUSA MATERIALES	TECHO (P7)	N/A	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	6 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	9 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
SP19-0204	DISPENSACIÓN ESCLUSA MATERIALES	PARED (P8)	N/A	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	1 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
SP19-0205	DISPENSACIÓN ESCLUSA DE MATERIALES	PISO (P9)	N/A	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	1 UFC/Placa de Contacto	1 UFC/Placa de Contacto	1 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
SP19-0206	DISPENSACIÓN ESCLUSA VESTIER	TECHO (P10)	N/A	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	2 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	2 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
SP19-0207	DISPENSACIÓN ESCLUSA VESTIER	PARED (P11)	N/A	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	2 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	3 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		<=50 UFC/25 cm ²	<=20 UFC/25 cm ²		0 UFC/25 cm ²	
				Placas de Contacto		<=50 UFC/Placa de Contacto	<=20 UFC/Placa de Contacto		0 UFC/Placa de Contacto	

OBSERVACIONES	Ninguna									
Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote					Controles Positivos/ Promoción (UFC / 0.1 mL)			Control Negativo - Blanco	
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 019-19					70			Ausencia de Crecimiento	
<i>Candida albicans</i> ATCC 9027						62			Ausencia de Crecimiento	
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633						60			Ausencia de Crecimiento	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 019-19					72			Ausencia de Crecimiento	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027						79			Ausencia de Crecimiento	
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 15404						67			Ausencia de Crecimiento	
<i>Candida albicans</i> ATCC 9027						58			Ausencia de Crecimiento	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 019-19					50			Ausencia de Crecimiento	

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
				
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ		