



		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS											
		CÓDIGO FOR_007			FECHA DE EMISIÓN Mayo 13 del 2019			VIGENCIA HASTA Mayo del 2022			VERSIÓN 07		
NOMBRE DE CLIENTE		LABORATORIOS ZOO S.A.S					FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA			31/07/2019			
DIRECCIÓN		Calle 30 C 3A - 36					FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA			31/07/2019			
TELÉFONO		2856178 5665397					FECHA DE LECTURA			08/08/2019			
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Superficies					Nº DE SOLICITUD			2900			
MÉTODO		POE_004			EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO			0174-Libro-II-2019	
Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios		Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO		
SP19-0271	Dispensación	Parte Superior Mesón	N/A	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	<1 UFC/placa de contacto		<1 UFC/placa de contacto	<1 UFC/placa de contacto	0 UFC/placa de contacto	CUMPLE		
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		N/A				N/A			
				Placas de Contacto		<=50 UFC/Placa de Contacto				0 UFC/Placa de Contacto			
OBSERVACIONES		Especificaciones Metodo Hisopado: Mesofilos Aaerobios, Hongos Filamentosos y Levaduras: <=50 UFC/25cm ² ; Coliformes Totales: 0 UFC/25cm ²											
Microorganismo ATCC				Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)			Control Negativo - Blanco			
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 029-19			Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Candida albicans ATCC 10231							Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Bacillus subtilis ATCC 6633							Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Staphylococcus aureus ATCC 6538							Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027							Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404							Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Candida albicans ATCC 10231				Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 029-19			Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Escherichia coli ATCC 8739							Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas													
Documento relacionado POE_001-AMJ													
Elaborado por:				Revisado por:				Aprobado por:					
													
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA ALEJANDRA CORTES				COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO				DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ					

