

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**


NOMBRE DE CLIENTE	GDI PHARMA CENTRO SAS			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	19/11/2019
DIRECCIÓN	Calle 163 # 21 - 15			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	19/11/2019
TELÉFONO	3592437			FECHA DE LECTURA	26/11/2019
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Superficies			Nº DE SOLICITUD	4511
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0924-Libro-III-2019

Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
SP19-0406	Planta piso 1 -líquidos	Meson Dispensacion	Sin actividad de producción	GDI Pharma	Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	Ausente	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		N/A	N/A		N/A	
				Placas de Contacto		<20 UFC/Placa de Contacto	<=15 UFC/Placa de Contacto		Ausente	
				N/A		N/A	N/A		N/A	

OBSERVACIONES	N/A									
Microorganismo ATCC		Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)			Control Negativo - Blanco			
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 045-19		Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Candida albicans ATCC 10231				Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Bacillus subtilis ATCC 6633				Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Staphylococcus aureus ATCC 6538		Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 045-19		Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027				Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Candida albicans ATCC 10231				Cumple			Ausencia de Crecimiento			
Escherichia coli ATCC 8739		Aqar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 045-19		Cumple			Ausencia de Crecimiento			

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
				
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	DIRECCIÓN TÉCNICA ADRIANA CRUZ		

