

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

**CÓDIGO
FOR_006**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
05**

NOMBRE DE CLIENTE	PELGOR S.A.	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	03/02/2020
DIRECCIÓN	Calle 3 sur 14-12	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	03/02/2020
TELÉFONO	7054060	FECHA DE LECTURA	10/02/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	Nº DE SOLICITUD	20-0382
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0047-Libro-I-2020
MÉTODO	POE_003		

Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	Coliformes Totales	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	S. aureus	CONCEPTO			
AG20-0232	PURIFICADA	3	400 mL	6 UFC/mL	<1 UFC/mL	0 UFC/100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	CUMPLE			
AG20-0233	PURIFICADA	4	400 mL	<1 UFC/mL	<1 UFC/mL	0 UFC/100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	CUMPLE			
AG20-0234	PURIFICADA	5	400 mL	6 UFC/mL	<1 UFC/mL	0 UFC/100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	CUMPLE			
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	N/A		N/A	N/A	N/A				
				PROCESO	N/A		N/A	N/A	N/A				
				PURIFICADA	<= 100 UFC/mL		0 UFC/100 mL	Ausencia /100 mL	Ausencia /100 mL				
				OTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
			NORMA	POTABLE	N/A								
				PURIFICADA	USP Vigente								

OBSERVACIONES Ninguna

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 003-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 004-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 004-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	Agar Cetrimida ACet/Lote 002-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>S. aureus</i>	AMS/Lote 004-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

L. Canedo

M. Montealegre

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

**CÓDIGO
FOR_006**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
05**

NOMBRE DE CLIENTE	PELGOR S.A.	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	03/02/2020
DIRECCIÓN	Calle 3 sur 14-12	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	03/02/2020
TELÉFONO	7054060	FECHA DE LECTURA	10/02/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	Nº DE SOLICITUD	20-0382
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0047-Libro-I-2020
MÉTODO	POE_003		

Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	Coliformes Totales	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	S. aureus	CONCEPTO			
AG20-0230	PURIFICADA	1	400 mL	Incontable	16 UFC/mL	0 UFC/100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	NO CUMPLE			
AG20-0231	PURIFICADA	2	400 mL	Incontable	13 UFC/mL	0 UFC/100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	Ausente /100 mL	NO CUMPLE			
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A			
				PROCESO	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A			
				PURIFICADA	<= 100 UFC/mL		0 UFC/100 mL	Ausencia /100 mL	Ausencia /100 mL	Ausencia /100 mL			
				OTRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
			NORMA	POTABLE	N/A								
				PURIFICADA	USP Vigente								

OBSERVACIONES	Ninguna												
Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)			Control Negativo - Blanco						
Bacillus subtilis ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 003-20			Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Staphylococcus aureus ATCC 6538				Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027				Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Candida albicans ATCC 10231				Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 004-20			Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Candida albicans ATCC 10231				Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Escherichia coli ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 004-20			Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	Agar Cetrimida ACet/Lote 002-20			Cumple			Ausencia de Crecimiento						
S. aureus	AMS/Lote /Lote 004-20			Cumple			Ausencia de Crecimiento						
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas													

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
				
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ		

