

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA****CÓDIGO  
FOR\_006****FECHA DE EMISIÓN  
Julio 01 de 2020****VIGENCIA HASTA  
Julio 01 de 2023****VERSIÓN  
06**

<b>NOMBRE DE CLIENTE</b>	Bioscire Laboratorios S.A.S	<b>FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA</b>	22/09/2020
<b>DIRECCIÓN</b>	Calle 64 C # 113-72	<b>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b>	22/09/2020
<b>TELÉFONO</b>	7031884	<b>FECHA DE LECTURA</b>	28/09/2020
<b>TIPO DE ANÁLISIS</b>	Análisis Microbiológico de agua	<b>Nº DE SOLICITUD</b>	20-3935
<b>TÉCNICA</b>	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	<b>Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO</b>	0337-Libro-II-2020
<b>MÉTODO</b>	POE_003		

Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	S. aureus	CONCEPTO
AG20-1398	PURIFICADA	Punto 1	250 mL	358 UFC/mL	0 /100mL	0 /100mL	0 /100mL	NO CUMPLE
AG20-1399	PURIFICADA	Punto 2	250mL	290 UFC/mL	0 /100mL	0 /100mL	0 /100mL	NO CUMPLE
<b>ESPECIFICACIÓN</b>				<b>LÍMITE</b>				
				POTABLE	N/A	N/A	N/A	N/A
				PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A
				PURIFICADA	<= 100 UFC/mL	0UFC/100 mL	0UFC/100 mL	0UFC/100 mL
				OTRO	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>NORMA</b>				POTABLE	N/A			
				PURIFICADA	USP Vigente			

**OBSERVACIONES** Lote: 2009845

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 037-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 038-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	Agar Cetrimida ACet/Lote 021-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>S. aureus</i>	AMS/Lote 021-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

**Documento relacionado POE\_001-AMJ****Elaborado por:****Revisado por:****Aprobado por:**

L. Canedo

M. Montalegre

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA  
LAURA CANEDOCOORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA  
CAMILA MONTEALEGREGERENTE TÉCNICO  
ADRIANA CRUZ