



## CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

CÓDIGO FOR_006	FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020	VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023	VERSIÓN 06
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS RIOSOL LTDA.	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	03/11/2020
DIRECCIÓN	CI 63 No. 28-80	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	03/11/2020
TELÉFONO	3473076	FECHA DE LECTURA	10/11/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	Nº DE SOLICITUD	20-4754
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0385-Libro-II-2020
MÉTODO	POE_003		

Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	Coliformes Totales	Escherichia coli	CONCEPTO
AG20-1594	PURIFICADA	5  <b>ESPECIFICACIÓN</b>	400 mL	<1 UFC/100 mL	<1 UFC/100 mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
			<b>POTABLE</b>	N/A		N/A	N/A	
			<b>PROCESO</b>	N/A		N/A	N/A	
			<b>PURIFICADA</b>	<=100 UFC/100 mL	<=10 UFC/100 mL	Ausente	Ausente	
			<b>OTRO</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	
			<b>POTABLE</b>		N/A			
			<b>PURIFICADA</b>		Laboratorios Riosol			

OBSERVACIONES	Ninguna	Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
		Bacillus subtilis ATCC 6633		Cumple	Ausencia de Crecimiento
		Staphylococcus aureus ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
		Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	Agar Plate Count APC/Lote 043-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
		Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
		Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
		Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 044-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
		Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
		Escherichia coli ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 044-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE\_001-AMJ

Elaborado por:  	Revisado por:  	Aprobado por:  	  
COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	