

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

**CÓDIGO
FOR_006**

**FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN
06**

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA SAS	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	13/11/2020
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 37-19	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	13/11/2020
TELÉFONO	2014024 -2014005	FECHA DE LECTURA	20/11/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	Nº DE SOLICITUD	20-4945
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0402-Libro-II-2020
MÉTODO	POE_003		

Nº MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	CONCEPTO
AG20-1652	PROCESO	7 AS No. lote 2011495	140 ml	10 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	INFORMATIVO
AG20-1653	PROCESO	8 AS No. lote 2011495	140 ml	Incontable	3 UFC/100mL	INFORMATIVO
AG20-1654	PROCESO	10 AS No. lote 2011495	140 ml	204 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	INFORMATIVO
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	N/A	
				PROCESO	N/A	
				PURIFICADA	N/A	
				OTRO	N/A	
		NORMA	POTABLE	N/A		
			PURIFICADA	N/A		

OBSERVACIONES	No. lote 2011495				
Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 044-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538			Cumple		Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027			Cumple		Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404			Cumple		Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231			Cumple		Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 045-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231			Cumple		Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:		
				
COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ		