

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AGUA POTABLE Y AGUA PURIFICADA

**CÓDIGO
FOR_006**

**FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN
06**

NOMBRE DE CLIENTE	LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA SAS	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	27/11/2020
DIRECCIÓN	CALLE 7 # 37-19	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	27/11/2020
TELÉFONO	2014024 -2014005	FECHA DE LECTURA	04/12/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de agua	Nº DE SOLICITUD	20-5167
TÉCNICA	Método de Vertido en placa/ Método de Filtración por Membrana	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0421-Libro-II-2020
MÉTODO	POE_003		

N° MUESTRA	TIPO DE AGUA	PUNTO DE MUESTREO	TAMAÑO MUESTRA	Recuento total de mesófilos aerobios RTMA	Recuento total de hongos y levaduras RTCHL	CONCEPTO	
AG20-1724	PROCESO	7 AS lote 2011513	140 ml	127 UFC/100mL	<1 UFC/100mL	INFORMATIVO	
AG20-1725	PROCESO	8 AS lote 2011513	140 ml	Incontable	<1 UFC/100mL	INFORMATIVO	
AG20-1726	PROCESO	10 AS lote 2011513	140 ml	Incontable	<1 UFC/100mL	INFORMATIVO	
		ESPECIFICACIÓN	LÍMITE	POTABLE	N/A		
				PROCESO	N/A		
				PURIFICADA	N/A		
				OTRO	N/A		
			NORMA	POTABLE	N/A		
				PURIFICADA	N/A		

OBSERVACIONES	No. lote 2011513				
Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco		
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar Plate Count APC/Lote 046-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento		
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento		
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento		
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 047-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento		

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:			
					
COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ			