

|                                                                                 |  |                                                             |  |                                              |  |                                         |  |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------|--|
|  |  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS</b> |  |                                              |  |                                         |  |                       |  |
|                                                                                 |  | <b>CÓDIGO<br/>FOR_007</b>                                   |  | <b>FECHA DE EMISIÓN<br/>Mayo 13 del 2019</b> |  | <b>VIGENCIA HASTA<br/>Mayo del 2022</b> |  | <b>VERSIÓN<br/>07</b> |  |

|                          |  |                                                      |  |               |  |                                         |  |                                        |  |
|--------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DE CLIENTE</b> |  | LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA SAS                  |  |               |  | <b>FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA</b>   |  | 03/04/2020                             |  |
| <b>DIRECCIÓN</b>         |  | Diagonal CII 7 # 37-19                               |  |               |  | <b>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b> |  | 03/04/2020                             |  |
| <b>TELÉFONO</b>          |  | 2014005                                              |  |               |  | <b>FECHA DE LECTURA</b>                 |  | 13/04/2020                             |  |
| <b>TIPO DE ANÁLISIS</b>  |  | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes |  |               |  | <b>Nº DE SOLICITUD</b>                  |  | 20-1396                                |  |
| <b>MÉTODO</b>            |  | POE_004                                              |  | <b>EQUIPO</b> |  | EQU-51                                  |  | <b>Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO</b> |  |
|                          |  |                                                      |  |               |  |                                         |  | 0240-Libro-I-2020                      |  |


| Nº MUESTRA | ÁREA                      | PUNTO     | ACTIVIDAD     | NORMA                  | TÉCNICA          | Mesófilos Aeróbios       | Hongos Filamentosos   | Levaduras             | CONCEPTO |
|------------|---------------------------|-----------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| AM20-0801  | Esclusa materiales envase | área      | en operacion  | Informe 32 OMS         | Impacto en Placa | 2 UFC/m <sup>3</sup>     | <1 UFC/m <sup>3</sup> | <1 UFC/m <sup>3</sup> | CUMPLE   |
| AM20-0802  | Solidos 3                 | área      | sin operacion | Informe 32 OMS         | Impacto en Placa | <1 UFC/m <sup>3</sup>    | <1 UFC/m <sup>3</sup> | <1 UFC/m <sup>3</sup> | CUMPLE   |
| Límite     |                           | Ambientes |               | Sedimentación en Placa |                  | N/A                      |                       |                       |          |
|            |                           |           |               | Impacto en Placa       |                  | <=100 UFC/m <sup>3</sup> |                       |                       |          |
|            |                           |           |               | N/A                    |                  | N/A                      |                       |                       |          |

|                      |         |  |  |
|----------------------|---------|--|--|
| <b>OBSERVACIONES</b> | Ninguna |  |  |
|----------------------|---------|--|--|

| Microorganismo ATCC                        | Medio de cultivo / Lote                         | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 014-20        | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633         | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 014-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538     |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027    |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

**Documento relacionado POE\_001-AMJ**

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br><br>ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA<br>LAURA CANEDO | <b>Revisado por:</b><br><br>COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA<br>CAMILA MONTEALEGRE | <b>Aprobado por:</b><br><br>GERENTE TÉCNICO<br>ADRIANA CRUZ |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|