


		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS							
		CÓDIGO FOR_007		FECHA DE EMISIÓN Mayo 13 del 2019		VIGENCIA HASTA Mayo del 2022		VERSIÓN 07	
NOMBRE DE CLIENTE		CLARIPACK S.A.				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		15/05/2020	
DIRECCIÓN		Cra 68C 11-75				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		16/05/2020	
TELÉFONO		3902072				FECHA DE LECTURA		26/05/2020	
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes				N° DE SOLICITUD		20-1985	
MÉTODO		POE_004		EQUIPO		EQU-51		N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	
N° MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM20-1142	Fabricación # 1 Compresión # 2	Parte superior del área	Validación proceso 2CO1b Losartan Lote:13920	Informe 45 OMS	Impacto en Placa	1 UFC/m ³	<1 UFC/m ³	<1 UFC/m ³	CUMPLE
Límite		Ambientes		Sedimentación en Placa		N/A			
				Impacto en Placa		<=200 UFC/m ³			
				N/A		N/A			
OBSERVACIONES		N/A							
Microorganismo ATCC			Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 019-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Bacillus subtilis ATCC 6633			Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 020-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas									
Documento relacionado POE_001-AMJ									
Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:			
									
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO			COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE			GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ			

