


		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS							
		CÓDIGO FOR_007		FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020		VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023		VERSIÓN 08	
NOMBRE DE CLIENTE		LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA SAS				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		26/06/2020	
DIRECCIÓN		CALLE 7 # 37-19				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		26/06/2020	
TELÉFONO		2014024 -2014005				FECHA DE LECTURA		03/07/2020	
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes				Nº DE SOLICITUD		20-2558	
MÉTODO		POE_004		EQUIPO		EQU-51		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	
Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM20-1496	Esclusa materiales envase	área	en operacion	Informe 32 OMS	Impacto en Placa	1 UFC/m ³	<1 UFC/m ³	<1 UFC/m ³	CUMPLE
AM20-1497	vestier mujeres	área	en operacion	Informe 32 OMS	Impacto en Placa	<1 UFC/m ³	<1 UFC/m ³	<1 UFC/m ³	CUMPLE
Límite		Ambientes		Sedimentación en Placa		N/A			
				Impacto en Placa		<=100 UFC/m ³			
				N/A		N/A			
OBSERVACIONES		Ninguna							
Microorganismo ATCC		Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Agar Sabouraud Dextrosa SDA/Lote 025-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231					Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Bacillus subtilis ATCC 6633					Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Staphylococcus aureus ATCC 6538					Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027					Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404					Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231		Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 026-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.									
Documento relacionado POE_001-AMJ									
Elaborado por:		Revisado por:			Aprobado por:				
									
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO		COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE			GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ				
									
									