

# CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO  
FOR\_007**

**FECHA DE EMISIÓN  
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA  
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN  
08**

|                          |                                                      |               |        |                                         |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>NOMBRE DE CLIENTE</b> | LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA SAS                  |               |        | <b>FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA</b>   | 28/08/2020         |
| <b>DIRECCIÓN</b>         | CALLE 7 # 37-19                                      |               |        | <b>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b> | 28/08/2020         |
| <b>TELÉFONO</b>          | 2014024 -2014005                                     |               |        | <b>FECHA DE LECTURA</b>                 | 04/09/2020         |
| <b>TIPO DE ANÁLISIS</b>  | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes |               |        | <b>Nº DE SOLICITUD</b>                  | 20-3510            |
| <b>MÉTODO</b>            | POE_004                                              | <b>EQUIPO</b> | EQU-51 | <b>Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO</b>  | 0967-Libro-II-2020 |

| Nº MUESTRA | ÁREA         | PUNTO     | ACTIVIDAD     | NORMA                  | TÉCNICA          | Mesófilos Aeróbios       | Hongos Filamentosos   | Levaduras             | CONCEPTO |
|------------|--------------|-----------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| AM20-1965  | Dispensacion | área      | sin operacion | Informe 32 OMS         | Impacto en Placa | <1 UFC/m <sup>3</sup>    | <1 UFC/m <sup>3</sup> | <1 UFC/m <sup>3</sup> | CUMPLE   |
| AM20-1966  | Solidos 1    | área      | en operacion  | Informe 32 OMS         | Impacto en Placa | 2 UFC/m <sup>3</sup>     | <1 UFC/m <sup>3</sup> | <1 UFC/m <sup>3</sup> | CUMPLE   |
| Límite     |              | Ambientes |               | Sedimentación en Placa |                  | N/A                      |                       |                       |          |
|            |              |           |               | Impacto en Placa       |                  | <=100 UFC/m <sup>3</sup> |                       |                       |          |
|            |              |           |               | N/A                    |                  | N/A                      |                       |                       |          |

**OBSERVACIONES** Ninguna

| Microorganismo ATCC                        | Medio de cultivo / Lote                         | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 034-20        | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538     | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 035-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027    |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE\_001-AMJ

|                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Elaborado por:</b>                                                            | <b>Revisado por:</b>                                                               | <b>Aprobado por:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA<br>LAURA CANEDO                                        | COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA<br>CAMILA MONTEALEGRE                                 | GERENTE TÉCNICO<br>ADRIANA CRUZ                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                  |                                                                                    | <div></div> |  |  |