



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN
08**

NOMBRE DE CLIENTE		CLARIPACK S.A.				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	07/10/2020							
DIRECCIÓN		Cra 68C 11-75				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	08/10/2020							
TELÉFONO		3902072				FECHA DE LECTURA	15/10/2020							
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes				Nº DE SOLICITUD	20-4222							
MÉTODO		POE_004		EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	1007-Libro-II-2020							
Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aerobios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO					
AM20-2298	Dispensación	Esquina superior	Dispensación Rosuvax 40mg Lote S07077	Informe 45 OMS	Placas de Sedimentacion	<1 UFC/4Horas	<1 UFC/4Horas	<1 UFC/4Horas	CUMPLE					
Límite		Ambientes		Sedimentación en Placa		<100 UFC/4 horas								
Impacto en Placa		N/A		N/A		N/A								
OBSERVACIONES		Validación de proceso Rosuvax 40mg tab rec Lote S07077 L1DPmaIniM1												
Microorganismo ATCC			Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco						
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			Agar Sabouraud Dextrosa SDA/Lote 040-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Bacillus subtilis ATCC 6633						Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027						Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404						Cumple		Ausencia de Crecimiento						
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento						

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:

L. Canedo

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

Revisado por:

M. Montealegre

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

Aprobado por:

A. Cruz

GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ

