

		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS							
		CÓDIGO FOR_007	FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020	VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023	VERSIÓN 08				

NOMBRE DE CLIENTE	IMPROPHARMA S.A.S - PLANTA DE ALIMENTOS		FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		04/11/2020	
DIRECCIÓN	Carrera 71 D No. 49 A - 28		FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		04/11/2020	
TELÉFONO	5476048 - 2236613		FECHA DE LECTURA		11/11/2020	
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes		Nº DE SOLICITUD		20-4768	
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	EQU-51		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	
				1057-Libro-II-2020		

Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
AM20-2553-1	Dispensación	Dispensacion	N.A	IMPROPHARMA	Impacto en Placa	8 UFC/m ³	7 UFC/m ³	<1 UFC/m ³	CUMPLE
AM20-2554-1	Líquidos	Líquidos	N.A	IMPROPHARMA	Impacto en Placa	18 UFC/m ³	6 UFC/m ³	<1 UFC/m ³	CUMPLE
Límite						Ambientes		Sedimentación en Placa	
								Impacto en Placa	
								N/A	
						Control Positivo (Promoción)		Control Negativo - Blanco	
Microorganismo ATCC						Medio de cultivo / Lote		Control Negativo - Blanco	
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404						Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 044-20		Ausencia de Crecimiento	
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231						Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 045-20		Ausencia de Crecimiento	
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633						Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 045-20		Ausencia de Crecimiento	
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538						Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 045-20		Ausencia de Crecimiento	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027						Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 045-20		Ausencia de Crecimiento	
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404						Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 045-20		Ausencia de Crecimiento	
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231						Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 045-20		Ausencia de Crecimiento	

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:  COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	Revisado por:  GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	Aprobado por:  GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	  
--	---	---	--