

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN
08**

| | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| NOMBRE DE CLIENTE | QOPPA PHARMA S.A.S. | FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA | 16/12/2020 |
| DIRECCIÓN | Cra 70B 24 Sur - 79 | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA | 16/12/2020 |
| TELÉFONO | 7040654 - 3138282856 | FECHA DE LECTURA | 23/12/2020 |
| TIPO DE ANÁLISIS | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes | Nº DE SOLICITUD | 20-5554 |
| MÉTODO | POE_004 | EQUIPO | N/A |
| | | Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO | 1495-Libro-III-2020 |

| Nº MUESTRA | ÁREA | PUNTO | ACTIVIDAD | NORMA | TÉCNICA | Mesófilos Aeróbios | Hongos Filamentosos | Levaduras | CONCEPTO |
|------------|-------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| AM20-2948 | FARMA | SEMISOLIDOS | PRACAN LOTE 10B3075 | Informe 45 OMS | Placas de Sedimentación | <1 UFC/4 horas | <1 UFC/4 horas | <1 UFC/4 horas | CUMPLE |
| AM20-2949 | FARMA | PESADAS | Q-NORFLOXAN LOTE 012NF07 | Informe 45 OMS | Placas de Sedimentación | 1 UFC/4 horas | <1 UFC/4 horas | <1 UFC/4 horas | CUMPLE |
| AM20-2950 | FARMA | AREA DE UTENSILIOS | NO PRESENTA ACTIVIDAD | Informe 45 OMS | Placas de Sedimentación | 1 UFC/4 horas | <1 UFC/4 horas | <1 UFC/4 horas | CUMPLE |
| AM20-2951 | FARMA | LAVADOS | NO PRESENTA ACTIVIDAD | Informe 45 OMS | Placas de Sedimentación | 1 UFC/4 horas | 1 UFC/4 horas | <1 UFC/4 horas | CUMPLE |
| AM20-2952 | FARMA | ESCLUSA IVERMECTINAS | NO PRESENTA ACTIVIDAD | Informe 45 OMS | Placas de Sedimentación | 1 UFC/4 horas | 1 UFC/4 horas | <1 UFC/4 horas | CUMPLE |







| | | | |
|---------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Límite | Ambientes | Sedimentación en Placa | <100 UFC/4 horas |
| | | Impacto en Placa | N/A |
| | | N/A | N/A |

OBSERVACIONES Ninguna

| Microorganismo ATCC | Medio de cultivo / Lote | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 050-20 | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 051-20 | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

| | | | |
|---|---|--|---|
| Elaborado por:  Analista de Microbiología LUIS ANGEL BRAVO DIAZ | Revisado por:  COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE | Aprobado por:  GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ |    |
|---|---|--|---|



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO FOR_007

FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023

VERSIÓN 08

Table with client information: NOMBRE DE CLIENTE (QOPPA PHARMA S.A.S.), DIRECCIÓN (Cra 70B 24 Sur - 79), TELÉFONO (7040654 - 3138282856), TIPO DE ANÁLISIS (Análisis Microbiológico de áreas limpias / Ambientes), MÉTODO (POE_004), EQUIPO (N/A), FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA (16/12/2020), FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (16/12/2020), FECHA DE LECTURA (23/12/2020), N° DE SOLICITUD (20-5554), N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO (1495-Libro-III-2020)

Main analysis table with columns: N° MUESTRA, ÁREA, PUNTO, ACTIVIDAD, NORMA, TÉCNICA, Mesófilos Aeróbios, Hongos Filamentosos, Levaduras, CONCEPTO. Includes rows for AM20-2953, AM20-2954, AM20-2955 and a summary row for 'Límite' and 'Ambientes'.

OBSERVACIONES Ninguna

Table with columns: Microorganismo ATCC, Medio de cultivo / Lote, Controles Positivos (Promoción), Control Negativo - Blanco. Lists various ATCC strains and their results.

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por: L. Bravo, Analista de Microbiología, LUIS ANGEL BRAVO DIAZ

Revisado por: M. Montealegre, COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA, CAMILA MONTEALEGRE

Aprobado por: A. Cruz, GERENTE TÉCNICO, ADRIANA CRUZ

