

		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS									
		CÓDIGO FOR_007			FECHA DE EMISIÓN Mayo 13 del 2019			VIGENCIA HASTA Mayo del 2022			VERSIÓN 07

NOMBRE DE CLIENTE		IBEROPHARMA NUTRICION ESPECIALIZADA SAS					FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		28/02/2020		
DIRECCIÓN		Cra 81A No. 71B-05 barrio la clarita					FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		28/02/2020		
TELÉFONO		5461359					FECHA DE LECTURA		06/03/2020		
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Equipos					Nº DE SOLICITUD		20-0768		
MÉTODO		POE_004			EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO		


Nº MUESTRA	ÁREA	EQUIPO	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
EQ20-0220	Envase y sellado 1	Balanza No. 2 Envase y sellado	Superficie	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos	Método de Hisopado		N/A				N/A	
			Placas de Contacto		<= 50 UFC/Placa de Contacto				0 UFC/Placa de Contacto	
			N/A		N/A				N/A	

OBSERVACIONES	N/A									
---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 007-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 007-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 007-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	 
 ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	 COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	 GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	