

		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS							
		CÓDIGO FOR_007	FECHA DE EMISIÓN Mayo 13 del 2019	VIGENCIA HASTA Mayo del 2022	VERSIÓN 07				

NOMBRE DE CLIENTE	FARPAG LABORATORIOS S.A.S				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		19/06/2020	
DIRECCIÓN	Cra 67 10 - 55				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		19/06/2020	
TELÉFONO	4144705				FECHA DE LECTURA		24/06/2020	
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Equipos				Nº DE SOLICITUD		20-2430	
MÉTODO	POE_004		EQUIPO	N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO		0837-Libro-I-2020


Nº MUESTRA	ÁREA	EQUIPO	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
EQ20-0366	ENVASE DE LIQUIDOS	ALBRO No 1	ALBRO No 1	Laboratorios Farpag	Enjuague	Incontable /mL	Ausente	Ausente	NO CUMPLE
EQ20-0367	ENVASE DE LIQUIDOS	ALBRO No 2	ALBRO No 2	Laboratorios Farpag	Enjuague	Incontable /mL	Ausente	Ausente	NO CUMPLE
EQ20-0368	ENVASE DE LIQUIDOS	ALBRO No 3	ALBRO No 3	Laboratorios Farpag	Enjuague	Incontable /mL	Ausente	Ausente	NO CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos	Método de Hisopado		N/A		N/A		
			Placas de Contacto		N/A		N/A		
			Enjuague		<100 UFC/mL		Ausente		

OBSERVACIONES	Ninguna		
----------------------	---------	--	--

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 025-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 024-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:  ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	Revisado por:  COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	Aprobado por:  GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	 
---	---	--	---