

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO
FOR_007

FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023

VERSIÓN
08

NOMBRE DE CLIENTE	FARPAG LABORATORIOS S.A.S			FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	01/09/2020
DIRECCIÓN	Cra 67 10 - 55			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	01/09/2020
TELÉFONO	4144705			FECHA DE LECTURA	07/09/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Equipos			Nº DE SOLICITUD	20-3552
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A	Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	1183-Libro-II-2020

Nº MUESTRA	ÁREA	EQUIPO	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
EQ20-0543-1	ENVASE DE LIQUIDOS	ALBRO	ALBRO-4 No 1	Laboratorio Farpag	Enjuague	<1 UFC/mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
EQ20-0544-1	ENVASE DE LIQUIDOS	ALBRO	ALBRO-4 No 2	Laboratorio Farpag	Enjuague	<1 UFC/mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
EQ20-0545-1	ENVASE DE LIQUIDOS	ALBRO	ALBRO-4 No 3	Laboratorio Farpag	Enjuague	<1 UFC/mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		N/A	N/A	N/A	
				Placas de Contacto		N/A	N/A	N/A	
				Enjuague		<100 UFC /mL	Ausente	Ausente	

OBSERVACIONES Verificación de limpieza, análisis complementario a la solicitud 20-3551.

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 036-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 035-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

L. Canedo

M. Montealegre

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ

