

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

NOMBRE D	E CLIENTE	NOVOA ALARCON FA	RMACEUTICOS LTDA	1			FECHA DE LA TO	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA			23/09/2020	
DIRECCIÓN	٧.	calle 2A 69 F 14					FECHA DE RECE	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA			23/09/2020	
TELÉFONO		4144531	4144531					FECHA DE LECTURA			30/09/2020	
TIPO DE AI	NÁLISIS	Análisis Microbiológio	co de áreas limpias /	Equipos			Nº DE SOLICITU	N° DE SOLICITUD			20-3943	
MÉTODO		POE_004	POE_004 EQUIPO N/A					N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO			1205-Libro-II-2020	
N° MUESTRA	ÁREA	EQUIPO	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totale	s E.coli	CONCEPTO	
EQ20-0605	cuarto de Equipos	Molino Coloidal	interior Tolva	NOVALFARM	Metodo de	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm 2	<1 UFC/25cm 2	Ausente	Ausente	CUMPLE	

FECHA DE EMISIÓN

Julio 01 de 2020

EQ20-0605	cuarto de Equipos	Molino Coloidal	interior Tolva	NOVALFARM	Metodo de	<1 UFC/25cm	<1 UFC/25cm	<1 UFC/25cm	Ausente	Ausente	CUMPLE
					Hisopado						
EQ20-0606	cuarto de Equipos	Molino Coloidal	interior caja de	NOVALFARM	Metodo de	<1 UFC/25cm 2	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	Ausente	Ausente	CUMPLE
			engranaje		Hisopado						
EQ20-0607	cuarto de Equipos	Molino Coloidal	Piñón de engrana	e NOVALFARM	Metodo de	<1 UFC/25cm 2	<1 UFC/25cm 2	<1 UFC/25cm 2	Ausente	Ausente	CUMPLE
					Hisopado	·		·			
				Método de Hisopado		<=50 UFC/25 cm ²			Ausente	Ausente	
Límite		Superficies/	Superficies/Equipos		Placas de Contacto		N/A			N/A	
				N/A		N/A			N/A	N/A	

Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco		
Agar Sahouroaud Doytrosa SDA/Loto 039-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
Agai Sabodieadd Dextiosa SDA/Lote 050-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 039-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 038-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento		
	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 038-20 Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 039-20	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 038-20 Cumple Cumple		

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

VERSIÓN

80

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

CÓDIGO

FOR_007

2. Canedo

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO n montealegre

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE A. Guz

GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ



VIGENCIA HASTA

Julio 01 de 2023



