

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN
08**

NOMBRE DE CLIENTE	FARPAG LABORATORIOS S.A.S	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	27/11/2020
DIRECCIÓN	Cra 67 10 - 55	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	27/11/2020
TELÉFONO	4144705	FECHA DE LECTURA	02/12/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Equipos	Nº DE SOLICITUD	20-5169
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A
		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	1399-Libro-III-2020

Nº MUESTRA	ÁREA	EQUIPO	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
EQ20-0903	ENVASE DE LIQUIDOS	ENV ALBRO-4	BOQUILLA 1 (M1)	FARPAG	Enjuague	6 UFC/mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
EQ20-0904	ENVASE DE LIQUIDOS	ENV ALBRO-4	BOQUILLA 2 (M2)	FARPAG	Enjuague	41 UFC/mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
EQ20-0905	ENVASE DE LIQUIDOS	ENV ALBRO-4	BOQUILLA 3 (M3)	FARPAG	Enjuague	19 UFC/mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
EQ20-0906	ENVASE DE LIQUIDOS	ENV ALBRO-4	BOQUILLA 4 (M4)	FARPAG	Enjuague	31 UFC/mL	Ausente	Ausente	CUMPLE
Límite	Superficies/Equipos	Método de Hisopado				N/A	N/A	N/A	
		Placas de Contacto				N/A	N/A	N/A	
		Enjuague				<100UFC/mL	Ausente	Ausente	

OBSERVACIONES VERIFICACION DE LIMPIEZA POSTERIOR A K-TRIX ENJUAGUE L:21-FKE-20.Análisis complementario a la solicitud 20-5173.

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 048-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 047-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:  COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	Revisado por:  GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	Aprobado por:  GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	 	
---	--	--	--	--