


	CERTIFICADO MICROBIOLÓGICO			
	PRUEBA DE EFICACIA ANTIMICROBIANA DE PRESERVANTES			
CÓDIGO FOR_083	FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020	VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023	VERSIÓN 05	

Nº DE LA MUESTRA	MB20-1598	Nº HOJA TRABAJO ANALÍTICO	0037-Libro-I-2020	Nº SOLICITUD	20-2252
NOMBRE DEL CLIENTE	BEL STAR S.A.,	DIRECCIÓN	Autonorte Km22 parque industrial Canavita- Colombia.	TELÉFONO	5930404 ext 1588
NOMBRE DEL FABRICANTE	BEL STAR S.A.,	DIRECCIÓN	Autonorte Km22 parque industrial Canavita- Colombia.	TELÉFONO	5930404 ext 1588
NOMBRE DE LA MUESTRA	CY LL HIDRATANTE ROSE NUDE PL	Nº DE LOTE	16-148671		
Nº REGISTRO SANITARIO	No Reporta	FECHA DE FABRICACIÓN	No Reporta	FEC. EXPIRA. O REANÁLI.	N/A
TIPO DE PRODUCTO (Categoría)	USP	CANTIDAD ENVIADA PARA ANÁLISIS	7 Unidades	FEC. RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	27/05/2020
FECHA DE INICIO	04/06/2020	FECHA FINALIZACIÓN	08/07/2020	FECHA DE EMISIÓN	09/07/2020

ESPECIFICACION SEGÚN CATEGORÍA (Reducción Logarítmica)	
Bacterias: Según criterio USP	Hongos: Según criterio USP

MICROORGANISMOS	INCIAL		7 DÍAS			14 DÍAS			28 DÍAS		
	UFC/mL	Log	UFC/mL	Log	Reducción Log	UFC/mL	Log	Reducción Log	UFC/mL	Log	Reducción Log
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	700000	5.845	N/A	N/A	N/A	>100	0	5.845	>100	0	5.845
<i>Cándida albicans</i> ATCC 10231	800000	5.903	N/A	N/A	N/A	15	2.176	3.727	<10	0	5.903
<i>Burkholderia cepacia</i> ATCC 25416	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Burkholderia cenocepacia</i> ATCC BAA-245	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Burkholderia multivorans</i> ATCC BAA-247	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONCEPTO	Establecido directamente por BEL STAR S.A										
OBSERVACIONES	Resultados Aspergillus brasiliensis (Dilución 10 ⁻⁴): Día 14 => (68+65) / 2= 67 UFC Reduccion Log : 0,019023237 Día 28 => (66+70) / 2= 68 UFC Reduccion Log : 0,012589127										

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos. Las muestras analizadas se retienen por un tiempo de 2 meses a partir de su recepción.			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
			
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ	  