



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO  
FOR\_007

FECHA DE EMISIÓN  
Mayo 13 del 2019

VIGENCIA HASTA  
Mayo del 2022

VERSIÓN  
07

|                   |  |                                                     |  |        |  |                                  |  |                                 |  |                   |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|
| NOMBRE DE CLIENTE |  | CLARIPACK S.A.                                      |  |        |  | FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA   |  | 15/05/2020                      |  |                   |
| DIRECCIÓN         |  | Cra 68C 11-75                                       |  |        |  | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA |  | 16/05/2020                      |  |                   |
| TELÉFONO          |  | 3902072                                             |  |        |  | FECHA DE LECTURA                 |  | 26/05/2020                      |  |                   |
| TIPO DE ANÁLISIS  |  | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal |  |        |  | Nº DE SOLICITUD                  |  | 20-1984                         |  |                   |
| MÉTODO            |  | POE_004                                             |  | EQUIPO |  | N/A                              |  | Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO |  | 0541-Libro-I-2020 |

| Nº MUESTRA | ÁREA                              | NOMBRE             | PUNTO         | NORMA                 | TÉCNICA           | Mesófilos Aeróbios | Hongos Filamentosos | Levaduras      | Coliformes Totales | CONCEPTO |
|------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|
| PN20-0330  | Fabricación # 1 Compresión<br># 2 | J. Tovar           | Guantes 2CO1a | Interna<br>MICROPHARM | Placa de Contacto | 1 UFC/Guantes      | <1 UFC/Guantes      | <1 UFC/Guantes | 0 UFC/Guante       | CUMPLE   |
| Límite     |                                   | Personal Manos     |               | Método de Hisopado    |                   | N/A                |                     |                | N/A                |          |
|            |                                   |                    |               | Placas de Contacto    |                   | N/A                |                     |                | N/A                |          |
|            |                                   | Personal Guantes   |               | Método de Hisopado    |                   | N/A                |                     |                | N/A                |          |
|            |                                   |                    |               | Placas de Contacto    |                   | <=50 UFC/Guantes   |                     |                | 0 UFC/Guante       |          |
|            |                                   | Personal Uniformes |               | Método de Hisopado    |                   | N/A                |                     |                | N/A                |          |
|            |                                   |                    |               | Placas de Contacto    |                   | N/A                |                     |                | N/A                |          |
|            |                                   | Otro               |               | N/A                   |                   | N/A                |                     |                | N/A                |          |

OBSERVACIONES

Validación del proceso.

| Microorganismo ATCC                 | Medio de cultivo / Lote                         | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 019-20        | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| Candida albicans ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| Bacillus subtilis ATCC 6633         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538     | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 020-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027    |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| Candida albicans ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| Escherichia coli ATCC 8739          | Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 019-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE\_001-AMJ

Elaborado por:

Revisado por:


Aprobado por:



ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA  
LAURA CANEDO



COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA  
CAMILA MONTEALEGRE



GERENTE TÉCNICO  
ADRIANA CRUZ