

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

| | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| NOMBRE DE CLIENTE | SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. - ZONA INDUSTRIAL | FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA | 19/06/2020 |
| DIRECCIÓN | Cra 62 N° 17B-14 | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA | 19/06/2020 |
| TELÉFONO | 7429296 EXT 131 | FECHA DE LECTURA | 26/06/2020 |
| TIPO DE ANÁLISIS | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal | N° DE SOLICITUD | 20-2440 |
| MÉTODO | POE_004 | EQUIPO | N/A |
| | | N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO | 0573-Libro-I-2020 |

| N° MUESTRA | ÁREA | NOMBRE | PUNTO | NORMA | TÉCNICA | Mesófilos Aeróbios | Hongos Filamentosos | Levaduras | Coliformes Totales | CONCEPTO | |
|------------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|--|
| PN20-0433 | Planta | Gloria Umaña | Mano | Interna MICROPHARM | Placa de Contacto | 12 UFC/Manos | <1 UFC/Manos | <1 UFC/Manos | 0 UFC/Mano | CUMPLE | |
| Límite | | Personal Manos | Método de Hisopado | | | N/A | | N/A | N/A | | |
| | | | Placas de Contacto | | | <=70 UFC/Manos | | 0 UFC/Mano | | | |
| | | Personal Guantes | Método de Hisopado | | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | | | Placas de Contacto | | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | | Personal Uniformes | Método de Hisopado | | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | | | Placas de Contacto | | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | | Otro | | | N/A | | N/A | | N/A | | |

OBSERVACIONES Ninguna

| Microorganismo ATCC | Medio de cultivo / Lote | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 024-20 | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 025-20 | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 | Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 024-20 | Cumple | Ausencia de Crecimiento |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

| | | | |
|--|---|---|---|
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |   |
|  |  |  | |
| ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO | COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE | GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ | |

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS****CÓDIGO
FOR_007****FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019****VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022****VERSIÓN
07**

| | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| NOMBRE DE CLIENTE | SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. - ZONA INDUSTRIAL - ZONA INDUSTRIAL | FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA | 19/06/2020 |
| DIRECCIÓN | Cra 62 N° 17B-14 | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA | 19/06/2020 |
| TELÉFONO | 7429296 EXT 131 | FECHA DE LECTURA | 26/06/2020 |
| TIPO DE ANÁLISIS | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal | N° DE SOLICITUD | 20-2440 |
| MÉTODO | POE_004 | EQUIPO | N/A |
| | | N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO | 0573-Libro-I-2020 |

| N° MUESTRA | ÁREA | NOMBRE | PUNTO | NORMA | TÉCNICA | Mesófilos Aeróbios | Hongos Filamentosos | Levaduras | Coliformes Totales | CONCEPTO |
|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------|
| PN20-0432 | Planta | Adriana Duran | Manos | Interna MICROPHARM | Placa de Contacto | 80 UFC/Manos | 2 UFC/Manos | <1 UFC/Manos | 0 UFC/Mano | NO CUMPLE |
| Límite | Personal Manos | | Método de Hisopado | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | | | Placas de Contacto | | <=70 UFC/Manos | | 0 UFC/Mano | | | |
| | Personal Guantes | | Método de Hisopado | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | | | Placas de Contacto | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | Personal Uniformes | | Método de Hisopado | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | | | Placas de Contacto | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | Otro | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | |
| | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES Ninguna

| Microorganismo ATCC | Medio de cultivo / Lote | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 024-20 | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 025-20 | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | | Cumple | Ausencia de Crecimiento |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 | Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 024-20 | Cumple | Ausencia de Crecimiento |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

| | | | |
|--|--|---|------|
| Elaborado por: ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO | Revisado por: COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE | Aprobado por: GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ | |
|--|--|---|------|