




CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO
FOR_007

FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023

VERSIÓN
08

NOMBRE DE CLIENTE		LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA SAS				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		04/09/2020	
DIRECCIÓN		CALLE 7 # 37-19				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		04/09/2020	
TELÉFONO		2014024 -2014005				FECHA DE LECTURA		11/09/2020	
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal				Nº DE SOLICITUD		20-3625	
MÉTODO		POE_004		EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	
Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	CONCEPTO
PN20-0652	Solidos 4	Jorge Mosquera	Guantes operario	Informe 32 OMS ISO 7	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	CUMPLE
PN20-0653	Solidos 4	Nubia Sierra	Uniforme operario mangas	Informe 32 OMS ISO 7	Metodo de Hisopado	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	CUMPLE
Límite		Personal Manos		Método de Hisopado		N/A			
				Placas de Contacto		N/A			
		Personal Guantes		Método de Hisopado		<=20 UFC/25 cm ²			
				Placas de Contacto		N/A			
		Personal Uniformes		Método de Hisopado		<=20 UFC/25 cm ²			
				Placas de Contacto		N/A			
		Otro		N/A		N/A			
OBSERVACIONES		Ninguna							
Microorganismo ATCC				Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Agar Sabouraud Dextrosa SDA/Lote 035-20 Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 036-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Bacillus subtilis ATCC 6633						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento	
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.									
Documento relacionado POE_001-AMJ									
Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:			  
									
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO			COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE			GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ			