



### CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO  
FOR\_007**

**FECHA DE EMISIÓN  
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA  
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN  
08**

<b>NOMBRE DE CLIENTE</b>	Bioscire Laboratorios S.A.S	<b>FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA</b>	22/09/2020
<b>DIRECCIÓN</b>	Calle 64 C # 113-72	<b>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b>	22/09/2020
<b>TELÉFONO</b>	7031884	<b>FECHA DE LECTURA</b>	29/09/2020
<b>TIPO DE ANÁLISIS</b>	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal	<b>Nº DE SOLICITUD</b>	20-3936
<b>MÉTODO</b>	POE_004	<b>EQUIPO</b>	N/A
		<b>Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO</b>	1290-Libro-III-2020

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
PN20-0678	Acondicionamiento	Viviana Romero	Manos	Interna	Placa de Contacto	13 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Manos	CUMPLE
PN20-0679	Acondicionamiento	Yuliana Ricardo	Manos	Interna	Placa de Contacto	24 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Manos	CUMPLE
PN20-0680	Envasado	Natalia Giraldo	Manos	Interna	Placa de Contacto	30 UFC/Manos	1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Manos	CUMPLE
PN20-0681	Envasado	Amparo Sandoval	Manos	Interna	Placa de Contacto	3 UFC/Manos	1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Manos	CUMPLE
PN20-0682	Fabricación	Andrés Fajardo	Manos	Interna	Placa de Contacto	3 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Manos	CUMPLE

Límite		Personal Manos	Método de Hisopado	N/A
			Placas de Contacto	<= 50 UFC/Manos
		Personal Guantes	Método de Hisopado	N/A
			Placas de Contacto	N/A
		Personal Uniformes	Método de Hisopado	N/A
			Placas de Contacto	N/A
		Otro	N/A	N/A

**OBSERVACIONES** En la casilla Coliformes Totales se reportaron los análisis realizados de coliformes Fecales.

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 038-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 039-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 038-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE\_001-AMJ

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

L. Canedo

M. Montealegre

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA  
LAURA CANEDO

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA  
CAMILA MONTEALEGRE

GERENTE TÉCNICO  
ADRIANA CRUZ

