

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS****CÓDIGO  
FOR\_007****FECHA DE EMISIÓN  
Julio 01 de 2020****VIGENCIA HASTA  
Julio 01 de 2023****VERSIÓN  
08**

|                          |   |   |                     |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| <b>NOMBRE DE CLIENTE</b> | Bioscire Laboratorios S.A.S                         | <b>FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA</b>   | 22/09/2020          |
| <b>DIRECCIÓN</b>         | Calle 64 C # 113-72                                 | <b>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b> | 22/09/2020          |
| <b>TELÉFONO</b>          | 7031884   | <b>FECHA DE LECTURA</b>                 | 29/09/2020          |
| <b>TIPO DE ANÁLISIS</b>  | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal | <b>Nº DE SOLICITUD</b>                  | 20-3937             |
| <b>MÉTODO</b>            | POE_004   | <b>EQUIPO</b>                           | N/A                 |
|                          |   | <b>Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO</b>  | 1291-Libro-III-2020 |

| Nº MUESTRA | ÁREA               | NOMBRE           | PUNTO                     | NORMA              | TÉCNICA           | Mesófilos Aeróbios | Hongos Filamentosos | Levaduras    | Coliformes Totales | CONCEPTO |
|------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|
| PN20-0683  | Empaque            | Mauricio Lopez   | Manos Posterior al Lavado | Interna            | Placa de Contacto | 4 UFC/Manos        | 1 UFC/Manos         | <1 UFC/Manos | 0 UFC/Manos        | CUMPLE   |
| PN20-0685  | Empaque            | Elizabeth Cortes | Manos Posterior al Lavado | Interna            | Placa de Contacto | 14 UFC/Manos       | <1 UFC/Manos        | <1 UFC/Manos | 0 UFC/Manos        | CUMPLE   |
| Límite     | Personal Manos     |                  |                           | Método de Hisopado |                   | N/A                |                     | N/A          |                    |          |
|            |                    |                  |                           | Placas de Contacto |                   | <=50 UFC/Manos     |                     | 0 UFC/Mano   |                    |          |
|            | Personal Guantes   |                  |                           | Método de Hisopado |                   | N/A                |                     | N/A          |                    |          |
|            |                    |                  |                           | Placas de Contacto |                   | N/A                |                     | N/A          |                    |          |
|            | Personal Uniformes |                  |                           | Método de Hisopado |                   | N/A                |                     | N/A          |                    |          |
|            |                    |                  | Placas de Contacto        |                    | N/A               |                    | N/A                 |              |                    |          |
| Otro       |                    |                  | N/A                       |                    | N/A               |                    | N/A                 |              |                    |          |

**OBSERVACIONES**

Se reporta en la casilla coliformes Totales el dato obtenido para el análisis de COLIFORMES FECALES.

| Microorganismo ATCC                        | Medio de cultivo / Lote                         | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 038-20        | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633         |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538     | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 039-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027    |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739          | Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 038-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

**Documento relacionado POE\_001-AMJ****Elaborado por:****Revisado por:****Aprobado por:**

L. Canedo

M. Montealegre

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA  
LAURA CANEDOCOORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA  
CAMILA MONTEALEGREGERENTE TÉCNICO  
ADRIANA CRUZ

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS****CÓDIGO FOR\_007****FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020****VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023****VERSIÓN 08**

|                          |   |   |                     |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| <b>NOMBRE DE CLIENTE</b> | Bioscire Laboratorios S.A.S                         | <b>FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA</b>   | 22/09/2020          |
| <b>DIRECCIÓN</b>         | Calle 64 C # 113-72                                 | <b>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b> | 22/09/2020          |
| <b>TELÉFONO</b>          | 7031884   | <b>FECHA DE LECTURA</b>                 | 29/09/2020          |
| <b>TIPO DE ANÁLISIS</b>  | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal | <b>Nº DE SOLICITUD</b>                  | 20-3937             |
| <b>MÉTODO</b>            | POE_004   | <b>EQUIPO</b>                           | N/A                 |
|                          |   | <b>Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO</b>  | 1291-Libro-III-2020 |

| Nº MUESTRA | ÁREA               | NOMBRE      | PUNTO                     | NORMA   | TÉCNICA           | Mesófilos Aeróbios | Hongos Filamentosos | Levaduras    | Coliformes Totales | CONCEPTO  |  |
|------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------|--|
| PN20-0684  | Empaque            | Angel Lopez | Manos Posterior al Lavado | Interna | Placa de Contacto | 64 UFC/Manos       | <1 UFC/Manos        | <1 UFC/Manos | 0 UFC/Manos        | NO CUMPLE |  |
| Límite     | Personal Manos     |             | Método de Hisopado        |         | N/A               |                    | N/A                 |              | N/A                |           |  |
|            |                    |             | Placas de Contacto        |         | <=50 UFC/Manos    |                    | 0 UFC/Mano          |              |                    |           |  |
|            | Personal Guantes   |             | Método de Hisopado        |         | N/A               |                    | N/A                 |              | N/A                |           |  |
|            |                    |             | Placas de Contacto        |         | N/A               |                    | N/A                 |              | N/A                |           |  |
|            | Personal Uniformes |             | Método de Hisopado        |         | N/A               |                    | N/A                 |              | N/A                |           |  |
|            |                    |             | Placas de Contacto        |         | N/A               |                    | N/A                 |              | N/A                |           |  |
| Otro       |                    | N/A         |                           | N/A     |                   | N/A                |                     | N/A          |                    |           |  |

**OBSERVACIONES** Se reporta en la casilla coliformes Totales el dato obtenido para el análisis de COLIFORMES FECALES.

| Microorganismo ATCC                        | Medio de cultivo / Lote                         | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 038-20        | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633         | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 039-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538     |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027    |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739          | Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 038-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

**Documento relacionado POE\_001-AMJ**

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <b>Elaborado por:</b><br><br>ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA<br>LAURA CANEDO | <b>Revisado por:</b><br><br>COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA<br>CAMILA MONTEALEGRE | <b>Aprobado por:</b><br><br>GERENTE TÉCNICO<br>ADRIANA CRUZ |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|