


		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS								
		CÓDIGO FOR_007		FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020		VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023		VERSIÓN 08		
NOMBRE DE CLIENTE		QOPPA PHARMA S.A.S.				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		21/10/2020		
DIRECCIÓN		Cra 70B 24 Sur - 79				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		21/10/2020		
TELÉFONO		7040654 - 3138282856				FECHA DE LECTURA		27/10/2020		
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal				Nº DE SOLICITUD		20-4491		
MÉTODO		POE_004		EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO		
								1319-Libro-III-2020		
Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
PN20-0748	FARMA	FENERER GUETE	GUANTES	Interna MICROPHARM	Metodo de Hisopado	2 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	<1 UFC/25cm ²	0 UFC/25cm ²	CUMPLE
Límite		Personal Manos		Método de Hisopado		N/A			N/A	
				Placas de Contacto		N/A			N/A	
		Personal Guantes		Método de Hisopado		<=50 UFC/25 cm ²			0 UFC/25 cm ²	
				Placas de Contacto		N/A			N/A	
		Personal Uniformes		Método de Hisopado		N/A			N/A	
				Placas de Contacto		N/A			N/A	
		Otro		N/A		N/A			N/A	
OBSERVACIONES		Ninguna								
Microorganismo ATCC				Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 042-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Bacillus subtilis ATCC 6633				Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 043-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231				Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 042-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Escherichia coli ATCC 8739						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.										
Documento relacionado POE_001-AMJ										
Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:				
										
COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE			GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ			GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ				
										