



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO FOR_007

FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023

VERSIÓN 08

Table with client information: NOMBRE DE CLIENTE (NOVOA ALARCON FARMACEUTICOS LTDA), DIRECCIÓN (calle 2A 69 F 14), TELÉFONO (4144531), TIPO DE ANÁLISIS (Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal), MÉTODO (POE_004), EQUIPO (N/A), FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA (26/10/2020), FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (26/10/2020), FECHA DE LECTURA (03/11/2020), N° DE SOLICITUD (20-4585), N° DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO (1323-Libro-III-2020)

Table with sample analysis results: Columns include N° MUESTRA, ÁREA, NOMBRE, PUNTO, NORMA, TÉCNICA, Mesófilos Aeróbios, Hongos Filamentosos, Levaduras, Coliformes Totales, and CONCEPTO. Rows show results for samples PN20-0761, PN20-0762, and PN20-0763.

Table for 'Limite' analysis: Columns include Personal Manos, Personal Guantes, Personal Uniformes, and Otro. Rows show methods like 'Método de Hisopado' and 'Placas de Contacto' with results like '<=70 UFC/25 cm²'.

OBSERVACIONES: Ninguna

Table for ATCC Microorganism tests: Columns include Microorganismo ATCC, Medio de cultivo / Lote, Controles Positivos (Promoción), and Control Negativo - Blanco. Rows list various ATCC strains and their test results.

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Table with signatures and stamps: Elaborado por (Camila Montealegre), Revisado por (Adriana Cruz), Aprobado por (Adriana Cruz). Includes BPL and ICA certification stamps and a QR code.