



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO
FOR_007

FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023

VERSIÓN
08

NOMBRE DE CLIENTE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

TIPO DE ANÁLISIS

MÉTODO

GDI PHARMA CENTRO SAS

Calle 163 # 21 - 15

3592437 - 3188330747

Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal

POE_004

FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

FECHA DE LECTURA

Nº DE SOLICITUD

Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO


22/12/2020

22/12/2020

29/12/2020

20-5662

1387-Libro-III-2020

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO												
PN20-1017	PLANTA 1	GABRIEL MORENO	UNIFORME NO ESTERIL	N/A	Placa de Contacto	6 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	Ausente	Ausente	CUMPLE												
PN20-1018	PLANTA 1	SERGIO CASTILLO	UNIFORME NO ESTERIL	N/A	Placa de Contacto	3 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	Ausente	Ausente	CUMPLE												
PN20-1019	PLANTA 1	CLEMENCIA CORTES	UNIFORME NORMAL	N/A	Placa de Contacto	12 UFC/Placa de Contacto	1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	Ausente	Ausente	CUMPLE												
PN20-1021	PLANTA 1	MILENA ABELLA	UNIFORME ESTERIL	N/A	Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	Ausente	Ausente	CUMPLE												
Límite		Personal Manos		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A													
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A													
		Personal Guantes		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A													
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A													
		Personal Uniformes		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A													
				Placas de Contacto		<=20 UFC/Placa de contacto <=15 UFC/Placa de cont		Ausente		Ausente													
		Otro		N/A		N/A		N/A		N/A													
OBSERVACIONES Uniforme estéril: <1 UFC/Placa de contacto																							
Microorganismo ATCC				Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco														
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 051-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento														
Candida albicans ATCC 10231							Cumple		Ausencia de Crecimiento														
Bacillus subtilis ATCC 6633				Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 052-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento														
Staphylococcus aureus ATCC 6538							Cumple		Ausencia de Crecimiento														
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027							Cumple		Ausencia de Crecimiento														
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404							Cumple		Ausencia de Crecimiento														
Candida albicans ATCC 10231							Cumple		Ausencia de Crecimiento														
Escherichia coli ATCC 8739				Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 051-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento														
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.																							
Documento relacionado POE_001-AMJ																							
Elaborado por:				Revisado por:				Aprobado por:															
L. Bravo Analista de Microbiología LUIS ANGEL BRAVO DIAZ				m.montealegre COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE				A. Cruz GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ															
								  															

Calle 54 No 13 - 95 - Oficina 103 - Teléfono: 2358046 - Celular: 315-2852504 - www.micropharm.com.co - servicioalcliente@micropharm.com.co



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO
FOR_007

FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023

VERSIÓN
08

NOMBRE DE CLIENTE		GDI PHARMA CENTRO SAS				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		22/12/2020			
DIRECCIÓN		Calle 163 # 21 - 15				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		22/12/2020			
TELÉFONO		3592437 - 3188330747				FECHA DE LECTURA		29/12/2020			
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal				Nº DE SOLICITUD		20-5662			
MÉTODO		POE_004		EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO		1387-Libro-III-2020	

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
PN20-1020	PLANTA 1	SEBASTIAN APONTE	UNIFORME ESTERIL	N/A	Placa de Contacto	3 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	Ausente	Ausente	NO CUMPLE
Límite		Personal Manos		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	
		Personal Guantes		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	
		Personal Uniformes		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		<=20 UFC/Placa de contacto <=15 UFC/Placa de cont		Ausente		Ausente	
		Otro		N/A		N/A		N/A		N/A	

OBSERVACIONES

Uniforme estéril: <1 UFC/Placa de contacto

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 051-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Bacillus subtilis ATCC 6633	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 052-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Staphylococcus aureus ATCC 6538		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Escherichia coli ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 051-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:



Analista de Microbiología
LUIS ANGEL BRAVO DIAZ

Revisado por:



COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

Aprobado por:



GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ



