



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

CÓDIGO
FOR_007

FECHA DE EMISIÓN
Julio 01 de 2020

VIGENCIA HASTA
Julio 01 de 2023

VERSIÓN
08

NOMBRE DE CLIENTE		SEFARCOL PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. - PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		15/12/2020		
DIRECCIÓN		BODEGA MAQUILA				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		15/12/2020		
TELÉFONO		7429296 EXT 131 - 3173707387				FECHA DE LECTURA		22/12/2020		
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Superficies				Nº DE SOLICITUD		20-5511		
MÉTODO		POE_004		EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO		
Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
SP20-0586	Productos Especiales	Banda parte superior	Sin Actividad de Producción	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	22 UFC/Placa de Contacto	4 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		N/A		N/A		
				Placas de Contacto		<=50 UFC/Placa de Contacto		0 UFC/Placa de Contacto		
				N/A		N/A		N/A		
OBSERVACIONES		Ninguna								
Microorganismo ATCC			Medio de cultivo / Lote			Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 050-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Bacillus subtilis ATCC 6633			Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 051-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231			Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 050-20			Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Escherichia coli ATCC 8739						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.										
Documento relacionado POE_001-AMJ										
Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:				
										
Analista de Microbiología LUIS ANGEL BRAVO DIAZ			COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE			GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ			  	