


		CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS								
		CÓDIGO FOR_007		FECHA DE EMISIÓN Julio 01 de 2020		VIGENCIA HASTA Julio 01 de 2023		VERSIÓN 08		
NOMBRE DE CLIENTE		LABORATORIOS ZOO S.A.S				FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA		17/12/2020		
DIRECCIÓN		Calle 30 C 3A - 36				FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA		17/12/2020		
TELÉFONO		2856178 5665397				FECHA DE LECTURA		28/12/2020		
TIPO DE ANÁLISIS		Análisis Microbiológico de áreas limpias / Superficies				Nº DE SOLICITUD		20-5576		
MÉTODO		POE_004		EQUIPO		N/A		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO		
								1454-Libro-III-2020		
Nº MUESTRA	ÁREA	PUNTO	ACTIVIDAD	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	CONCEPTO
SP20-0595	Dispensación	Parte Superior Mesón	N/A	Informe 45 OMS	Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	2 UFC/Placa de Contacto	<1 UFC/Placa de Contacto	0 UFC/Placa de Contacto	CUMPLE
Límite		Superficies/Equipos		Método de Hisopado		N/A			N/A	
				Placas de Contacto		<=50 UFC/Placa de Contacto			0 UFC/Placa de Contacto	
				N/A		N/A			N/A	
OBSERVACIONES		Ninguna								
Microorganismo ATCC				Medio de cultivo / Lote		Controles Positivos (Promoción)		Control Negativo - Blanco		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 050-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Bacillus subtilis ATCC 6633						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Staphylococcus aureus ATCC 6538						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404				Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 051-20		Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Candida albicans ATCC 10231						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Escherichia coli ATCC 8739						Cumple		Ausencia de Crecimiento		
Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 050-20				Cumple		Ausencia de Crecimiento				
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.										
Documento relacionado POE_001-AMJ										
Elaborado por:		Revisado por:				Aprobado por:		  		
										
Analista de Microbiología LUIS ANGEL BRAVO DIAZ		COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE				GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ				